

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 7272/2/18

Mostar; 15.10.2018. godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14), članka 20. Pravilnika o javnim nabavama Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 7272/18 od dana 15.10.2018. godine ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave radiološkog C-luka za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MEDICAL d.o.o., M.Tita 237, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radiološkog C-luka za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, proveden je putem Otvorenog postupka, Obavijest o nabavi broj 329-1-1-144-3-67/18, objavljena je na Portalu javnih nabava 06.08.2018. godine. U ostavljenom roku do dana 27.08.2018. godine do 09:00 sati pristigle su ponude ponuditelja: MEDICAL d.o.o., M.Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 226/18, zaprimljena dana 27.08.2018. godine u 08:30 sati i SIEMENS Medicina d.o.o., Zmaja od Bosne 7, 71 000 Sarajevo, evid.br:225/18, zaprimljene dana 27.08.2018.godine u 08:10 sati.

Sukladno članku 13. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i odredbama Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), za provedbu predmetnog postupka nabave, Rješenjem broj: 5363/2/18, imenovano je Povjerenstvo za nabavu koje je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 7272/18 od dana 15.10.2018. godine konstatiralo slijedeće:

Ukupan broj pristiglih ponuda je 2 (dva),

Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda je 2 (dva),

Nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Povjerenstvo je izvršilo ocjenu ponude ponuditelja MEDICAL d.o.o., M.Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 226/18 i SIEMENS Medicina d.o.o., Zmaja od Bosne 7, 71 000 Sarajevo, evid.br:225/18 te je utvrdilo slijedeće:

Ponude su pripremljene sukladno točki 8.1 Tenderske dokumentacije broj: 5366/18, objavljenoj na E portalu dana 06.08.2018. godine i sadrže sve dokumente sukladno točki 8.2 Tenderske dokumentacije. Ponuditelj MEDICAL d.o.o., M.Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 226/18 ispunjava uvjete za kvalifikaciju ponuditelja sukladno traženjima Ugovornog tijela iz točke 7. Tenderske dokumentacije.

Utvrđeni su razlozi isključenja ponuditelja SIEMENS Medicina d.o.o., Zmaja od Bosne 7, 71 000 Sarajevo, evid.br:225/18 iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije. U tehničkoj specifikaciji traženo je da Rotacija C-luka iznosi +/- 200 stupnjeva a Ponuditelj je ponudio +/- 190 stupnjeva, motorizirani vertikalni pomak min 44 cm a iz kataloga Ponuditelja ponuđeno je 42 cm. Vezano za RTG cijev, tražene su dvije veličine fokusa do 0.6 mm i 1,5 mm a iz kataloga Ponuditelja ponuđeno je 0.6 i 1,0 mm. Vezano za VIDEO LANAC traženo je pojačalo slike promjera ulaznog vidnog polja 23 cm sa min 2 povećanja a iz kataloga Ponuditelja ponuđeno je jedno povećanje 16 cm, također vezano za digitalnu obradu i pohranu slike, da digitalna obrada bude u formatu min 1kx1kx16 bit a ponuđeno je iz kataloga Ponuditelja 14 bita. Iz navedenih razloga Ponuda Ponuditelja nije prihvatljiva, te se odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda, sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz Tenderske dokumentacije.

Ponuditelj MEDICAL d.o.o., M.Tita 237, 88 000 Mostar, evid.br: 226/18 je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija i ista je vrednovana u daljnjoj proceduri vrednovanja ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz točke 9.1. Tenderske dokumentacije.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

<i>Red br.</i>	Kriterij		<i>Bodovi max.</i>
1.	Cijena	70 %	70
2.	Rok isporuke	10 %	10
3.	Garancija	10 %	10
4.	Servis	10%	10

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

<i>Red br.</i>	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke	Servis	Garancija
1.	MEDICAL d.o.o., M.Tita 237, 88 000 Mostar	150.930,00 KM sa PDV-om	1 (jedan) dan	1 (jedan) dan	13 (trinaest) mjeseci

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja MEDICAL d.o.o., M.Tita 237, 88 000 Mostar, kao i ocjenu zaprimljene Ponude evid.br: 226/18, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 5366/18.

Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave.

Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. Zakona o javnim nabavama BiH u postupku javne nabave radiološkog C-luka za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijagnozu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

1. Ponuditelju
2. Povjerenstvu
3. Financijskoj službi
4. Pismohranu
5. www.skbm.ba

