

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
MOSTAR**

Broj: 5706/2/19

Mostar; 29.08.2019.

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14), članka 20. Pravilnika o javnim nabavama Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 5706/19 od dana 27.08.2019. godine ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

**ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja**

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave medicinskih aparata i potrošnog materijala za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

LOT 1 - Nabava jednokratnog bronhoskopa s monitorom

LOT 2 - Nabava pumpi na štrcaljku

LOT 3 - Nabava volumetrijskih pumpi

LOT 4 - Nabava stalaka namjenskih za pumpe na štrcaljku i volumetrijske pumpe

LOT 5 - Nabava uređaja za grijanje pacijenata i prekrivki,

utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Obvezuje se ponuditelj iz točke I ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, sukladno točki 7.1.6 Tenderske dokumentacije broj: 3685/19, dostavi dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost dostavljene Izjave o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona.

Prilikom dostavljanja dokumentacije na koverti naznačiti: „Dostava dokumentacije sukladno članku 45. Zakona, u Otvorenom postupku javne nabave medicinskih aparata i potrošnog materijala za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar – veza: Ponuda evid.br: 182/19 od 19.06.2019.godine“.

III

Ovu Odluku dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu medicinskih aparata i potrošnog materijala za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, LOT 1 - LOT 5, proveden je putem Otvorenog postupka, Obavijest o nabavi

broj 329-1-1-113-3-66/19, objavljena je na Portalu javnih nabava 27.05.2019. godine u 12:34 sati. U ostavljenom roku do dana 19.06.2019. godine do 09:00 sati zaprimljene su slijedeće ponude:

1. MEDICAL VISION d.o.o., Osmana Vilovića 12, 75 000 Tuzla, evid.br: 176/19, 18.06.2019. u 09:00 sati
2. DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko, evid.br: 180/19, 19.06.2019. u 08:20 sati
3. MELCOM d.o.o. Rodoč bb, 88 000 Mostar, evid.br: 182/19, 19.06.2019. u 08:50 sati.

Imenovano Povjerenstvo za nabavu je nakon izvršenog javnog otvaranja ponuda pristupilo vrednovanju i ocijeni ponuda ponuditelja kako slijedi:

1. MEDICAL VISION d.o.o., Osmana Vilovića 12, 75 000 Tuzla, Ponuda evid.br: 176/19 za lotove 2, 3

Ponuda ponuditelja MEDICAL VISION d.o.o., Osmana Vilovića 12, 75 000 Tuzla nije prihvatljiva.

Ponuda imenovanog Ponuditelja ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i).

Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije iz Aneksa 2 Tenderske dokumentacije broj: 3685/19.

U tehničkoj specifikaciji za LOT 2 traženo je da ponuđena pumpa na štrcaljku ima direktno mjerenje pritiska u liniji pomoću pretvarača ugrađenog u pumpu. Iz priloženog kataloga i ostale dokumentacije ponuđača vidljivo je da ponuđena pumpa na štrcaljku nema funkciju direktnog mjerenja pritiska u liniji pomoću pretvarača ugrađenog u pumpu. Također, Aneksom 2 Tenderske dokumentacije za LOT 2 traženo je da ponuđena pumpa na štrcaljku ima grafički prikaza trenda rasta pritiska na ekranu pumpe. Iz dostavljenog kataloga vidljivo je da ponuđeni uređaj nema traženu funkciju te slijedom navedenog zaključujemo da ponuđeni aparat ne zadovoljava uvjete tražene Tenderskom dokumentacijom.

Aneksom 2 Tenderske dokumentacije za LOT 3 traženo je da ponuđene volumetrijske pumpe posjeduju podešavanja razine pritiska u 9 predodređenih razina: L0-L8, LCD ekran s prikazom alfa-numeričkih parametara infuzije. Iz priloženog kataloga ponuditelja vidljivo je da ponuđeni uređaj ne zadovoljava navedene tražene uvjete. Također, Tenderskom dokumentacijom je zahtijevano da ponuđeni uređaj zadovoljava sljedeće karakteristike: infuzija pri kraju- podesivo od 1 do 15 min prije kraja ili 10% početnog volumena što god nastupi prije; kraj infuzije-podesiv rezidualni volumen od 0.1 do 5% volumena, pumpa nastavlja u KVO načinu rada. U ponudi ponuditelja, odnosno u priloženoj specifikaciji ne navodi se mogućnost odabira unaprijed definiranog volumena spremnika.

Iz navedenih razloga Ponuda Ponuditelja nije prihvatljiva, te se odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda, sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz Tenderske dokumentacije.

2. DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko, Ponuda evid.br: 180/19 za lotove 2, 3

Ponuda ponuditelja DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko nije prihvatljiva.

Ponuda imenovanog Ponuditelja ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i).

Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije iz Aneksa 2 Tenderske dokumentacije broj: 3685/19.

U tehničkoj specifikaciji za LOT 2 traženo je da ponuđena pumpa na štrcaljku ima direktno mjerenje pritiska u liniji pomoću pretvarača ugrađenog u pumpu. Iz priloženog kataloga i ostale dokumentacije ponuđača vidljivo je da ponuđena pumpa na štrcaljku nema funkciju direktnog mjerenja pritiska u liniji pomoću pretvarača ugrađenog u pumpu. Također, Aneksom 2 Tenderske dokumentacije za LOT 2 traženo je da ponuđena pumpa na štrcaljku ima grafički prikaz trenda rasta pritiska na ekranu pumpe. Iz dostavljenog kataloga vidljivo je da ponuđeni uređaj nema traženu funkciju te slijedom navedenog zaključujemo da ponuđeni aparat ne zadovoljava uvjete tražene Tenderskom dokumentacijom.

Aneksom 2 Tenderske dokumentacije za LOT 3 traženo je da ponuđene volumetrijske pumpe posjeduju podešavanja razine pritiska u 9 predodređenih razina: L0-L8, LCD ekran s prikazom alfa-numeričkih parametara infuzije. Iz priloženog kataloga ponuditelja vidljivo je da ponuđeni uređaj ne zadovoljava navedene tražene uvjete. Također, Tenderskom dokumentacijom je zahtijevano da ponuđeni uređaj zadovoljava sljedeće karakteristike: infuzija pri kraju- podesivo od 1 do 15 min prije kraja ili 10% početnog volumena što god nastupi prije; kraj infuzije-podesiv rezidualni volumen od 0.1 do 5% volumena, pumpa nastavlja u KVO načinu rada. U ponudi ponuditelja, odnosno u priloženoj specifikaciji ne navodi se mogućnost odabira unaprijed definiranog volumena spremnika.

Iz navedenih razloga Ponuda Ponuditelja nije prihvatljiva, te se odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda, sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz Tenderske dokumentacije.

3. MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, evid.br: 182/19 za lotove 1, 2, 3, 4, 5

Ponuda ponuditelja MELCOM d.o.o. Rodoč bb, 88 000 Mostar, za lotove 1, 2, 3, 4, 5 je prihvatljiva. Ponuda je pripremljena sukladno traženjima Ugovornog tijela, ponuditelj je dostavio sve dokumente kako je zahtijevano Tenderskom dokumentacijom broj: 3685/19. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave, te se utvrđuje da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuda je prihvatljiva, ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija i ista će biti vrednovana u daljnjem postupku vrednovanja prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

Ugovori/okvirni sporazumi se dodjeljuju kvalificiranim ponuditeljima koji su dostavili najbolje ocijenjene prihvatljive ponude za lot/lotove sukladno slijedećim kriterijima:

Red br.	Kriterij		Bodovi max.
	Cijena	80 %	80
	Rok isporuke	20 %	20

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

LOT 1 Nabava jednokratnog bronhoskopa s monitorom

R.b	Ponuditelj	Cijena sa PDV-om	Rok isporuke	Bodovi ukupno
1.	MELCOM d.o.o. Rodoč bb 88 000 Mostar	12.471,38 KM sa PDV-om	1 (jedan) dan	100

LOT 2 Nabava pumpi na štrcaljku

R.b	Ponuditelj	Cijena sa PDV-om	Rok isporuke	Bodovi ukupno
1.	MELCOM d.o.o. Rodoč bb 88 000 Mostar	200.182,46 KM sa PDV-om	1 (jedan) dan	100

LOT 3 Nabava volumetrijskih pumpi

R.b	Ponuditelj	Cijena sa PDV-om	Rok isporuke	Bodovi ukupno
1.	MELCOM d.o.o. Rodoč bb 88 000 Mostar	26.315,64 KM sa PDV-om	1 (jedan) dan	100

LOT 4 Nabava stalaka namjenskih za pumpe na štrcaljku i volumetrijske pumpe

R.b	Ponuditelj	Cijena sa PDV-om	Rok isporuke	Bodovi ukupno
1.	MELCOM d.o.o. Rodoč bb 88 000 Mostar	49.656,50 KM sa PDV-om	1 (jedan) dan	100

LOT 5 Nabava uređaja za grijanje pacijenata i prekrivki

R.b	Ponuditelj	Cijena sa PDV-om	Rok isporuke	Bodovi ukupno
1.	MELCOM d.o.o. Rodoč bb 88 000 Mostar	28.390,21 KM sa PDV-om	1 (jedan) dan	100

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja kao i ocjenu i vrednovanje zaprimljenih ponuda, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 3685/19.

Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj

dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za lotove iz točke I ove Odluke.

Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. Zakona o javnim nabavama BiH u postupku javne nabave medicinskih aparata i potrošnog materijala za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar LOT 1 - LOT 5, odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

1. Ponuditeljima
2. Povjerenstvu
3. Financijskoj službi
4. Pismohranu
5. www.skbm.ba



Ravnatelj SKB Mostar
prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.