

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 7403/2/19

Mostar, 23.10.2019.

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14), članka 20. Pravilnika o javnim nabavama Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 7403/19 od dana 23.10.2019. godine ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

**ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja**

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave infuzijskih TIVA/TCI pumpi na štrcaljku za djecu i odrasle i volumetrijskih pumpi za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MELCOM d.o.o., Rodoč b.b., 88 000 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

III

Odluku dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu infuzijskih TIVA/TCI pumpi na štrcaljku za djecu i odrasle i volumetrijskih pumpi za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, proveden je putem Konkurentskog postupka, Obavijest o nabavi broj 329-7-1-177-3-116/19 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 01.08.2019. godine. U ostavljenom roku do dana 16.08.2019. godine do 09:00 sati pristigla je ponuda ponuditelja MELCOM d.o.o., Rodoč b.b., 88 000 Mostar.

Sukladno članku 13. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i odredbama Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), za provedbu predmetnog postupka nabave, Rješenjem broj: 3329/2/19 od dana 13.05.2019. godine, imenovano je Povjerenstvo za nabavu koje je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 7403/19 od 23.10.2019. godine utvrdilo slijedeće:

- Ukupan broj pristiglih ponuda je 3 (tri),
- Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda je 3 (tri),
- Nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Imenovano Povjerenstvo za nabavu je izvršilo vrednovanje i ocjenu zaprimljene ponude te konstatiralo slijedeće:

Ponuda ponuditelja MELCOM d.o.o., Rodoč b.b., 88 000 Mostar, evid.br: 264/19, zaprimljena dana 16.08.2019. godine u 08:30 sati, je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio sve dokumente

sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da ne postoje

razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija.

1. **Ponuda ponuditelja MELCOM d.o.o., Rodoč b.b., 88 000 Mostar, evid.br: 264/19** je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija.
2. **Ponuda ponuditelja INEL BH d.o.o., Aleja ljiljana b.b., 74 250 Maglaj, evid.br: 262/19** nije prihvatljiva. Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije. U tehničkoj specifikaciji vezano za LOT 1 ponuđeni uređaj proizvođača Fresenius ne ispunjava karakteristike koje se odnose na dimenzije uređaja 310 mm (w) x 121 mm (h) x 200 mm (d), koje se odnose na veliki LCD ekran sa prikazom velikog broja informacija dimenzija 3.3 x 16 cm i one koje se odnose na memoriranje lijekova s osnovnim informacijama o dozi lijeka prema zahtjevima korisnika, mogućnosti spremanja 1000 programa lijekova koji se mogu koristiti u TIVA modalitetu. Vezano za LOT 2 prema traženoj tehničkoj specifikaciji iz ponude ponuditelja nije vidljivo da su integrirane hvataljke za postavljanje na standardnu medicinsku šinu 10x25 mm, stup ili nosač više pumpi bez dodatnih dijelova. Ne zadovoljava traženu površinu ekrana. Podešavanje razine pritiska okluzije u 9 predodređenih razina: L0 – L8, LCD ekran s prikazom alfa – numeričkih parametara infuzije. U specifikaciji mogućnost odabira unaprijed definiranog volumena spremnika. Također ne zadovoljava sve tražene alarme iz specifikacije. Iz navedenih razloga Ponuda Ponuditelja nije prihvatljiva, te se odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda, sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz Tenderske dokumentacije.
3. **Ponuda ponuditelja MEDICAL VISION d.o.o., Osmana Vilovića 12, 75 000 Tuzla, evid.br: 263/19** nije prihvatljiva. Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije. U tehničkoj specifikaciji ponuđeni uređaj proizvođača B Braun ne ispunjava karakteristike koja se odnosi na dimenzije uređaja 310 mm (w) x 121 mm (h) x 200 mm (d), koje se odnose na veliki LCD ekran sa prikazom velikog broja informacija dimenzija 3.3 x 16 cm, koje se odnose na TCI- ugrađeni farmakokinetički model. Iz navedenih razloga Vezano za LOT 2 prema traženoj tehničkoj specifikaciji iz ponude ponuditelja nije vidljivo da su integrirane hvataljke za postavljanje na standardnu medicinsku šinu 10x25 mm, stup ili nosač više pumpi bez dodatnih dijelova. Ne zadovoljava traženu površinu ekrana. Podešavanje razine pritiska okluzije u 9 predodređenih razina: L0 – L8, LCD ekran s prikazom alfa – numeričkih parametara infuzije. U specifikaciji mogućnost odabira unaprijed definiranog volumena spremnika. Također ne zadovoljava sve tražene alarme iz specifikacije. Ne zadovoljava se ni raspon protoka. Ponuda Ponuditelja nije prihvatljiva, te se odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda, sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz Tenderske dokumentacije.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

Red br.	Kriterij		Bodovi max.
1.	Cijena	80 %	80
2.	Rok isporuke	20 %	20

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

Red br.	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	MELCOM d.o.o., Rodoč b.b., 88 000 Mostar	LOT 1 17.299,70 KM LOT 2 26.315,64 KM	1 (jedan) dan

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja MELCOM d.o.o., Rodoč b.b., 88 000 Mostar, kao i ocjenu zaprimljene Ponude evid.br: 264/19, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 5266/19.

Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave. Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN u postupku javne nabave infuzijskih TIVA/TCI pumpi na štrcaljku za djecu i odrasle i volumetrijskih pumpi za potrebe Odjela za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

1. Ponuditelju
2. Ravnateljstvu
3. Povjerenstvu
4. Financijskoj službi
5. Pismohranu
6. www.skbm.ba



Ravnatelj SKB Mostar
prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.