

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 6067/2/22

Mostar, 12.08.2022.

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14), članka 20. Pravilnika o javnim nabavama Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 6067/22 od dana 10.08.2022. godine ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave **operacijskih lampi (LED tehnologija) za potrebe Operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar**, utvrđuje se tvrtka **PROMA d.o.o., Braće Mulića 48, 71 000 Sarajevo**, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. Stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba.

III

Odluku dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu operacijskih lampi (LED tehnologija) za potrebe Operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, proveden je putem Otvorenog postupka, Obavijest o nabavi broj 329-1-1-155-3-96/22, objavljena je na Portalu javnih nabava 30.06.2022. godine. U ostavljenom roku do dana 22.07.2022. godine do 09:00 sati pristigle su ponude ponuditelja: PROMA d.o.o., Braće Mulića 48, 71 000 Sarajevo, evid.br: 234/22, DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko, evid.br: 235/22 te ALFA-MED d.o.o., Obilaznica b.b., 80 240 Tomislavgrad, evid.br: 237/22.

Sukladno članku 13. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) i odredbama Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), za provedbu predmetnog postupka nabave, Rješenjem broj: 5106/2/22, imenovano je Povjerenstvo za nabavu koje je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 6067/22 utvrdilo sljedeće:

Ukupan broj pristiglih ponuda je 3 (tri),

Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda je 3 (tri),

Nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Povjerenstvo je izvršilo ocjenu ponude ponuditelja te utvrdilo sljedeće:

1. Ponuda ponuditelja **PROMA d.o.o., Braće Mulića 48, 71 000 Sarajevo**, evid.br: 234/22 je prihvatljiva.

Ponuda je pripremljena sukladno točki 8.1 Tenderske dokumentacije i sadrži sve dokumente sukladno točki 8.2 Tenderske dokumentacije. Ponuditelj ispunjava uvjete za kvalifikaciju ponuditelja sukladno traženjima Ugovornog tijela iz točke 7. Tenderske dokumentacije. Utvrđeno je da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

Ponuda je prihvatljiva sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija i ista će biti vrednovana u daljnjoj proceduri vrednovanja ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz točke 9.1. Tenderske dokumentacije.

2. Ponuda ponuditelja **DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko**, evid.broj: 235/22 nije

prihvatljiva.

Ponuda imenovanog Ponuditelja ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije.

Naime, iz kopije kataloga dostavljenog u Ponudi navedenog Ponuđača vidljivo je da ponuđeni model lampe UNICA 520 ne posjeduje konfiguraciju za stropno vješanje na tri odvojene osi, odnosno da nema dodatna dva montažna mjesta za naknadnu jednostavnu i brzu ugradnju dodatne opreme (dodatni sateliti-treće svjetlo, nosači monitora, nosač eksterne kamere ili druge opreme) kao što je traženo u tehničkoj specifikaciji, odnosno Aneksu 3 Tenderske dokumentacije predmetnog postupka. Naprijed spomenute ose trebaju osigurati dugoročnu fleksibilnost prilagodbe ugradnje dodane opreme sukladno tehnološkim zahtjevima i trenutnim potrebama Operacijskog trakta SKB Mostar.

Nadalje, u tablici performanci priloženog kataloga u Ponudi Ponuđača naveden je podatak ukupne zračene energije $E_e=500 \text{ W/m}^2$, dok je u originalnom PDF katalogu proizvođača navedena maksimalna vrijednost zračenja 580 W/m^2 iz čega se zaključuje da podatak u prevedenom priloženom katalogu nije točan.

Također, podatak o podešavanju intenziteta svijetla (traženo 20-100%) nije naveden u priloženom kao ni u katalogu koji se nalazi na stranici proizvođača.

Slijedom navedenog Povjerenstvo ocjenjuje da ponuda Ponuditelja **DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko** nije prihvatljiva, te isti nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

3. Ponuda ponuditelja **ALFA-MED d.o.o., Obilaznica b.b., 80 240 Tomislavgrad**, evid.broj: 237/22 nije prihvatljiva.

Ponuda imenovanog Ponuditelja ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije.

Naime, iz priloženog kataloga koji je dostavljen u Ponudi navedenog Ponuđača vidljivo je da ponuđeni model lampe Martin marLED ne posjeduje konfiguraciju za stropno vješanje na tri odvojene ose, odnosno nema dodatna dva montažna mjesta za naknadnu ugradnju dodatne opreme (dodatni sateliti-treće svjetlo, nosači monitora, nosač eksterne kamere ili druge opreme) kao što je traženo u tehničkoj specifikaciji, odnosno Aneksu 3 Tenderske dokumentacije predmetnog postupka.

Također, iz priloženog kataloga nisu vidljivi podaci o maksimalnom zračenju glavnog svjetla i mogućnost podešavanja jačine svjetla. U tablici Opis proizvoda, Ponuđač je naveo podatak o maksimalnom zračenju pri 100.000 lux - 338 W/m^2 .

U dokumentaciji „User manual“ skinutoj sa web stranice proizvođača, navedeni su traženi podaci:

- maksimalno zračenje 540 W/m^2 što je iznad tražene vrijednosti $<500 \text{ W/m}^2$,
- podešavanje intenziteta svjetla navedeno u dokumentaciji na stanici proizvođača iznosi od 30-100%, umjesto traženih 20-100% u tehničkoj specifikaciji Tenderske dokumentacije predmetne nabave.

Slijedom navedenog Povjerenstvo ocjenjuje da ponuda Ponuditelja **ALFA-MED d.o.o., Obilaznica b.b., 80 240 Tomislavgrad** nije prihvatljiva, te isti nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

Red br.	Kriterij		Bodovi max.
1.	Cijena	80 %	80
2.	Rok isporuke	20 %	20

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

<i>Red br.</i>	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	PROMA d.o.o., Braće Mulića 48, 71 000 Sarajevo	100.620,00 KM sa PDV-om	30 (trideset) dana

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja PROMA d.o.o., Braće Mulića 48, 71 000 Sarajevo, kao i ocjenu zaprimljene Ponude evid.br: 234/22, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 5107/22.

Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave. Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN u postupku javne operacijskih lampi (LED tehnologija) za potrebe Operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

1. Ponuditelju
2. Ravnateljstvu
3. Povjerenstvu
4. Financijskoj službi
5. Pismohranu
- ⑥ www.skbm.ba



Ravnatelj SKB Mostar
prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.

