

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 8310/2/22

Mostar; 10.11.2022. godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14, 59/22), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 8310/22 od dana 26.10.2022. godine, ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave samootpuštajućih sustava za zatvaranje ASD, PDA, PFO (okluderi) za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-204-3-134/22 od 26.08.2022. godine, utvrđuje se tvrtka INEL d.o.o., Polog b.b., 88 000 Mostar, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj.

II

Ovu Odluku dostaviti svim ponuditeljima.

III

Ovu Odluku sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22) objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu samootpuštajućih sustava za zatvaranje ASD, PDA, PFO (okluderi) za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar proveden je putem Otvorenog postupka, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-204-3-134/22 objavljenoj na Portalu javnih nabava 26.08.2022. godine. U ostavljenom roku do dana 12.10.2022. godine do 09:00 sati zaprimljene su ponude ponuditelja INEL d.o.o., Polog b.b., 88 000 Mostar, evid.br: 337/22 te ponuditelja OMNIA-MEDIC d.o.o., Bistua Nuova 10, 72 000 Zenica, evid.br: 338/22.

Sukladno članku 13. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22) i odredbama Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), za provedbu predmetnog postupka nabave, Rješenjem broj: 6343/2/22, imenovano je Povjerenstvo za nabavu koje je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 8310/22 utvrdilo sljedeće:

Ukupan broj pristiglih ponuda je 2 (dva),

Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda je 2 (dva),

Nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Povjerenstvo je izvršilo ocjenu ponude ponuditelja te utvrdilo sljedeće:

1. Ponuda ponuditelja **INEL d.o.o., Polog b.b., 88 000 Mostar**, evid.br: 337/22 je prihvatljiva.

Ponuda je pripremljena sukladno točki 9.1 Tenderske dokumentacije i sadrži sve dokumente sukladno točki 10.1 Tenderske dokumentacije. Ponuditelj ispunjava uvjete za kvalifikaciju ponuditelja sukladno traženjima Ugovornog tijela iz točke 7. Tenderske dokumentacije. Utvrđeno je da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

Ponuda je prihvatljiva sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija i ista će biti vrednovana u daljnjem

proceduri vrednovanja ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz točke 17.1. Tenderske dokumentacije.

2. Ponuda ponuditelja **OMNIA-MEDIC d.o.o., Bistua Nuova 10, 72 000 Zenica**, evid.broj: 338/22 nije prihvatljiva.

Ponuda imenovanog Ponuditelja ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14, 59/22).

Ponuditelj nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave zbog neispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke specifikacije.

Naime, iz kataloga dostavljenog u Ponudi navedenog Ponuditelja vidljivo je da ponuđeni samootpuštajući ASD okluder iz stavke 1 specifikacije posjeduje desni disk promjera od 18-50mm i lijevi disk od 20-56mm, a Ugovorno tijelo je u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije predmetnog postupka, stavka 1 tražilo samootpuštajući ASD okluder s karakteristikama promjera desni disk od 12-50mm, a lijevi disk od 16-56mm.

Nadalje, vezano za stavku 3 specifikacije, Ugovorno tijelo je zahtijevalo samootpuštajući PDA okluder za zatvaranje Patent ductus arteriosus, promjera na silaznoj aorti 5-16mm, dijametar retencione suknjice 9-22mm te dužinu okludera 5-8mm, kompatibilni sa uvodnicama od 5-7F. Ponuditelj je za navedenu stavku ponudio okluder promjera na silaznoj aorti 6-20mm, dužinu retencione suknjice 10-26mm te dužinu okludera od 7 i 8 mm, kompatibilni sa uvodnicama od 6-10F.

Također, vezano za stavku 4, Ugovorno tijelo je tražilo samootpuštajući PDA okluder za zatvaranje raznih varijacija Patent ductus arteriosus, dupli disk simetričnog dizajna napravljen od višeslojnih žica te dijametar struka 3, 4, 5 i 6mm. Iz kataloga Ponuditelja je vidljivo da za navedenu stavku nije ponuđen okluder s dijametrom struka od 3mm.

Slijedom navedenog, ponuđena roba iz Ponude Ponuditelja ne zadovoljava uvjete tražene u tehničkoj specifikaciji Aneksa 3 Tenderske dokumentacije predmetnog postupka te je Povjerenstvo ocijenilo da ponuda Ponuditelja **OMNIA-MEDIC d.o.o., Bistua Nuova 10, 72 000 Zenica** nije prihvatljiva, te isti nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

<i>Red br.</i>	Kriterij		<i>Bodovi max.</i>
1.	Cijena	80 %	80
2.	Rok isporuke	20 %	20

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

<i>Red br.</i>	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	INEL d.o.o., Polog b.b., 88 000 Mostar	879.547,50 KM sa PDV-om	1 (jedan) dan

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja INEL d.o.o., Polog b.b., 88 000 Mostar, kao i ocjenu zaprimljene Ponude evid.br: 337/22, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 6344/22.

Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave.

Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN u postupku javne nabave samootpuštajućih sustava za zatvaranje ASD, PDA, PFO (okluderi) za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

1. Ponuditeljima
2. Povjerenstvu
3. Financijskoj službi
4. Pismohranu
5. www.skbm.ba



