

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 29-11-5499-2/24

Mostar, 2.7.2024. godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14, 59/22), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 29-11-5499/24 od dana 26.6.2024. godine, v.d. ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave mikrobiološki sigurnosni kabinet klase II za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka **MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88000 Mostar**, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22), ova Odluka će se objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba.

III

Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu mikrobiološkog sigurnosnog kabineta klase II za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, proveden je putem Otvorenog postupka, Obavijest o nabavi broj 329-1-1-68-3-63/24, objavljena je na Portalu javnih nabava 24.05.2024. godine. U ostavljenom roku do dana 17.06.2024. godine do 09:00 sati pristigla je ponuda ponuditelja EURO LAB d.o.o., Gojsovac 1b, 76 300 Bijeljina, evid.br. 29-11-93/24 i ponuditelja MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88000 Mostar, evid. br. 29-11-94/24.

Sukladno članku 13. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22) i odredbama Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14, 49/23), za provedbu predmetnog postupka nabave, Rješenjem broj: 29-11-4335-2/24 od 24.05.2024. godine, imenovano je Povjerenstvo za nabavu koje je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 29-11-5499/24 utvrdilo sljedeće:

Povjerenstvo je sukladno Zapisniku o zaprimanju ponuda konstatiralo sljedeće:

- Ukupan broj pristiglih ponuda su 2 (dvije)
- Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda su 2 (dvije)
- Nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

1. Ponuda ponuditelja EURO LAB d.o.o., Gojsovac 1b, 76 300 Bijeljina je nepravilna i ista se, sukladno članku 68. stavak 4. pod i) Zakona o javnim nabavama BiH, odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora, jer Ponuda ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije, a kako je slijedom navedeno:

Ponuđeni kabinet ne zadovoljava minimalne sigurnosne tehničke karakteristike:

- prednja rešetka sa „V“ dizajnom za usis zraka koja omogućuje maksimalnu zaštitu operatera tijekom rada (pruža radnu sigurnost duž cijele dužine radnog područja)
- aktivni sustav kontrole zategnutosti kaiševa, za sigurno rukovanje prednjim staklom (Zahtijevani mehanizam sprječava da se potporne trake prednjeg stakla odmotaju u slučaju prepreka kretanja istih, osiguravajući da ne dođe do slučajnih padova i smanjujući rizik od prignječenja tijekom rukovanja)
- mehanizam sa zaptivačem koji sprječava curenje zraka (poseban mehanizam za pomicanje prednjeg stakla omogućuje garanciju njegove nepropusnosti u zatvorenom položaju, održavajući radni prostor čistim kada je kabinet zatvoren i smanjuje rizik od curenja zraka iz prednjeg stakla u radnom položaju).

Ponuđeni kabinet ne zadovoljava minimalne tehničke karakteristike:

Traženo: Vanjske dimenzije komore (bez stalka), max ŠxDxV: 1700x800x1500

Ponuđeno: 1655x810x1545, dubina može biti smanjena na 780 mm

Traženo: dimenzije radnog prostora, minimalne ŠxDxV: 1500x550x700

Ponuđeno: 1497x580x740

Traženo: 5° nagib prednjeg prozora za bolji pregled u radnu površinu

Ponuđeno: sigurno staklo pod kutom od 7° za optimalnu preglednost površine.

2. Ponuda ponuditelja MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

R. br.	Kriterij		Bodovi max
1.	Cijena	80%	80
2.	Rok isporuke	20%	20

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

Red Br.	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar	27 537,71KM s PDV-om	15 (petnaest) dana

Razlozi donošenja odluke o izboru:

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijanjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja MELCOM d.o.o., Rodoč bb, 88000 Mostar, kao i ocjenu zaprimljene Ponude evid.br: 29-11-94/24, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 29-11-4336/24.

Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave.


Slijedom naprijed navedenog, prihvata se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN u postupku javne nabave mikrobiološkog sigurnosnog kabineta klase II za potrebe Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

1. Ponuditeljima
2. Povjerenstvu
3. Financijskoj službi
4. Pismohranu
5. www.skbm.ba



v.d. Ravnatelj
prof. dr. sc., Ante Kvesić, dr. med.

