

1257

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 29-11-9780-2/24

Mostar; 14.11.2024. godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14, 59/22 i 50/24), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 29-11-9780/24 od dana 11.11.2024. godine, v.d. ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave uređaja za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar: LOT 1 - privremeni PACEMAKER, vanjski dvokomorni (1 kom); LOT 2 - HOLTER EKG 12-kanalni (2 kom), putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka **INEL d.o.o., Polog bb, 88000 Mostar**, te se ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), ova Odluka će se objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

III

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uređaja za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar: LOT 1 - privremeni PACEMAKER, vanjski dvokomorni (1 kom); LOT 2 - HOLTER EKG 12-kanalni (2 kom), proveden je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Obavijest o nabavi broj 329-7-1-186-3-215/24 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 18.10.2024. godine. U ostavljenom roku za dostavljanje ponuda do dana 04.11.2024. godine do 09:00 sati pristigle su dvije ponude i to ponuda od INEL d.o.o., Polog bb, 88000 Mostar evid.br. 29-11-193/24 i ponuda od FARMAVITA d.o.o., Igmanska 5a, 71320 Vogošća, evid.br. 29-11-195/24.

U postupku vrednovanja i ocjene ponuda utvrđeno je sljedeće:

Ponuda ponuditelja INEL d.o.o., Polog bb, 88000 Mostar, evid.br. 29-11-193/24 je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio ponude za LOT 1 i LOT 2 Tenderske dokumentacije. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije za oba LOT-a, te se utvrđuje da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija za LOT 1 i LOT 2 iste.

Ponuda ponuditelja FARMAVITA d.o.o., Igmanska 5a , 71320 Vogošća, evid.br: 29-11-195/24 je nepravilna i ista se, sukladno članku 68. stavak 4. pod i) Zakona o javnim nabavama BiH, odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora, jer Ponuda ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije, a kako je slijedom navedeno:

Ponuda ponuditelja FARMAVITA d.o.o., Igmanska 5a , 71320 Vogošća, evid.br: 29-11-195/24, ne zadovoljava tražene tehničke karakteristike a koje se odnose na parametre dvokomornog vanjskog pacemakera navedene u Tenderskoj dokumentaciji – Aneks 3 – LOT 1. Naime, ponuđeni uređaj Biotronik SE & Co.KG ne nudi DDI, AAI i AOO modove stimulacije, rada uređaja. Nadalje, isti ima naponski izvor od 0.1 do 17 V, dok se prema specifikaciji Aneks 3 Tenderske dokumentacije – Obrazac za cijenu ponude za LOT 1, zahtijeva strujni izvor (izlazna amplituda) od 0.1 do 20 mA. Nadalje, refraktorno razdoblje traženo u specifikaciji je od 150-500 ms, dok navedeni ponuđeni uređaj nudi refraktorno razdoblje samo do 250 ms, odnosno 400 ms uzevši u obzir totalno atrijsko refraktorno razdoblje. Dakle, tehničke karakteristike ponuđenog uređaja u konkretnom slučaju ne odgovaraju karakteristikama traženim u specifikaciji.

Iz naprijed navedenih razloga, ponuda ponuditelja FARMAVITA d.o.o., Igmanska 5a, 71320 Vogošća, evid.br: 29-11-195/24 se odbacuje te se ista neće vrednovati u daljnjem postupku vrednovanja prihvatljivih ponuda.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda.

Red. br.	Kriterij		Bodovi max.
1.	Cijena	80 %	80
2.	Rok isporuke	20 %	20

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

LOT 1 – privremeni PACEMAKER, vanjski dvokomorni (1 kom)

Red br.	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	INEL d.o.o., Polog bb, 88000 Mostar	12.051,00 KM s PDV-om	1 (jedan) dan

LOT 2 – HOLTER EKG 12 – kanalni (2 kom)

Red br.	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	INEL d.o.o., Polog bb, 88000 Mostar	16.848,00 KM s PDV-om	1 (jedan) dan

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, kao i vrednovanje i ocjenu zaprimljene ponude evid.br: 29-11-193/24, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji/Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj: 29-11-8930/24. Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave.

Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN, u postupku javne nabave uređaja za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar: LOT 1 - privremeni PACEMAKER, vanjski dvokomorni (1 kom); LOT 2 - HOLTER EKG 12-kanalni (2 kom), odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u najmanje 3 (tri) primjerka.

Dostaviti:

1. Ponuditeljima
2. Povjerenstvu
3. Financijskoj službi
4. Pismohranu
5. www.skbm.ba



