

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 29-11-1974-2/25

Mostar; 14.03.2025. godine

Temeljem članka 68. stavak (1) i članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14, 59/22, 50/24), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu, sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 29-11-1974/25 od dana 04.03.2025. godine v.d. ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave dva ultrazvučna aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar:
LOT 1 - 4D UZV uređaj za patologiju trudnoće,
LOT 2 - premium ginekološki ultrazvučni aparat za napredne preglede,
utvrđuje se tvrtka MEDICAL d.o.o. Maršala Tita 237., 88 000, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22, 50/24) ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

III

Odluku dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu dva ultrazvučna aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar: LOT 1 - 4D UZV uređaj za patologiju trudnoće, LOT 2 - premium ginekološki ultrazvučni aparat za napredne preglede, proveden je putem Otvorenog postupka, Obavijest o nabavi broj: 329-1-1-247-3-300/24 od 31.12.2024. godine.

U ostavljenom roku do dana 17.02.2025. godine do 09:00 sati pristigle su ponude ponuditelja: MEDICAL d.o.o. Maršala Tita 237., 88 000, evid.br: 29-11-48/25, LOT 1 i LOT 2, zaprimljena dana 17.02.2025. u 07:50 sati; BERG d.o.o. Bulevar Meše Selimovića 17a, 71 000 Sarajevo, evid.br: 29-11-50/25, LOT 1 i LOT 2, zaprimljena dana 17.02.2025. u 08:40 sati.

Povjerenstvo za nabavu, imenovano Rješenjem broj: 29-11-11282-2/24 od 30.12.2024. godine, je dana 17.02.2025. godine u 09:15 izvršilo javno otvaranje ponuda, sukladno Zapisniku sa otvaranja ponuda broj: 29-11-1577/25. Nakon izvršenog pregleda i ocjene zaprimljenih Ponuda, vrednovanja dokumenata koji su dostavljeni u Ponudama i usporedba istih sa zahtjevima navedenim u Tenderskoj dokumentaciji broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine, konstatirano je kako slijedi:

- Ponuda ponuditelja MEDICAL d.o.o. Maršala Tita 237., 88 000, evid.br: 29-11-48/25, LOT 1 i LOT 2, je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine, te je utvrđeno da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije i opisom predmeta nabave, te ispunjava minimalne tehničke karakteristike koje su zahtjevane u Obrascu za cijenu ponude robe - Aneks 3. Ponuda je vrednovana u daljnjoj proceduri vrednovanja prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora.
- Ponuda ponuditelja BERG d.o.o. Bulevar Meše Selimovića 17a, 71 000 Sarajevo, evid.br: 29-11-50/25, LOT 1 je nepravilna jer nije u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine. Ponuditelj nije dokazao da ispunjava uvjet tehničke i profesionalne sposobnosti iz točke 6.3 pod c) te je isključen iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuda je nepravilna i nije prihvatljiva jer nije u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije i opisom predmeta nabave, te ne ispunjava minimalne tehničke karakteristike koje su zahtjevane u Obrascu za cijenu ponude robe - Aneks 3. Ponuda ponuditelja BERG d.o.o. Bulevar Meše Selimovića 17a, 71 000 Sarajevo, evid.br: 29-11-50/25, za: LOT 1 - 4D UZV uređaj za patologiju trudnoće, je odbačena iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda iz slijedećih razloga:
- *Točkom 6.3 pod c) Tenderske dokumentacije broj: 29-11-11283/24 od 30.12 2024. godine propisano je da su ponuditelji u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 49. ZJN dužni u ponudi dostaviti:*
 - c) *Izjavu ponuditelja o dostupnosti ovlaštenog servisa (uz Izjavu dostaviti presliku certifikata za minimalno 2 serviseri).*

Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo je na stranicama Ponude od 77 do 81 dostavio Izjavu ponuditelja o dostupnosti ovlaštenog servisa, ali nije dostavio presliku certifikata za minimalno 2 serviseri. Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo je u Ponudi dostavio 2 (dva) certifikata za 1 (jednog) serviseri - Vedad Hodzic. Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo nije u Ponudi dostavio dokaz o ispunjavanju minimalnog uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti iz članka 49.ZJN kako je traženo točkom 6.3 pod c) Tenderske dokumentacije broj: 29-11-11283/24 od 30.12 2024. godine.

Pregledom Obrasca za cijenu ponude-robe (Aneks 3) koji je dostavljen u Ponudi na stranicama od 10 do 19 konstatirano je da ponuđeni uređaj ne ispunjava minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene, kako slijedi:

- *Za točku 1.1 koja glasi: „UZV konzola na 4 kotača. Upravljačka ploča podesiva po visini I zakretanju (lijevo/desno). Masa uređaja: max 75kg.“*
Ponuditelj je upisao da se dokaz nalazi na stranicama broj 21, 47 iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ponuđeni uređaj ispunjava traženo. Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo ponudio je aparat čija masa iznosi 91kg.
- *Za točku 1.2 koja glasi: „LCD monitor dijagonale min 23,5'', rezolucije min. 1920x1080 piksela. Namještanje monitora nezavisno od upravljačke ploče, monitor smješten na pokretnoj ruci podesiv po visini, dubini, nagibu i rotaciji lijevo/desno min. 88°. Podešavanje svjetline prema ambijentalnom osvjetljenju u minimalno 5 mogućnosti.“*

Ponuditelj je upisao da se dokaz o ispunjavanju nalazi na stranici broj 36 iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ponuđeni uređaj ispunjava traženo: „dijagonale min 23.5“ „, Podešavanje svjetline monitora prema ambijentalnom osvjetljenju u minimalno 5 mogućnosti“.

- *Za točku 1.3 koja glasi: „Dodatni ekran u boji za upravljanje uređajem, osjetljiv na dodir, dijagonale min 14“, rezolucije min. 1920x1080 piksela, mogućnost prikaza min 2D, 3D, 4D ultrazvučne slike u realnom vremenu. Dinamičko interaktivno sučelje.“*

Ponuditelj je upisao da se dokaz o ispunjavanju nalazi na stranici broj 42 iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ponuđeni uređaj ispunjava traženo: „dijagonale min 14“ „, „rezolucije min. 1920x1080 piksela“, „, mogućnost prikaza min 2D, 3D, 4D ultrazvučne slike u realnom vremenu“, „dinamičko interaktivno sučelje“.

- *Za točku 1.4 koja glasi: „Mogućnost rada s min 4 aktivno priključene sonde. Mogućnost priključka min: konveksne, konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala (single crystal), mikrokonveksne, sektorske, linearne, matrične linearne, 4D konveksne i 4D transvaginalne mikrokonveksne sonde, bežične (konveksne i linearne)“.*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici broj 46, 51 iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ponuđeni uređaj ispunjava traženo: „konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala (single crystal)“, „bežične (konveksne i linearne)“.

- *Za točku 1.6 koja glasi: „Tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s min. 10.800.000 procesnih kanala.“*

Ponuditelj je upisao je da se dokaz o ispunjavanju nalazi na stranici broj 52 iako se na toj stranici ne nalazi dokaz da ispunjava: „min 10.800.000“.

- *Za točku 1.8 koja glasi: „2D (B), harmonični prikaz (THI), oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom, M prikaz, obojani M prikaz, obojani Doppler, Power Doppler, visokoosjetljivi usmjereni Power doppler, obojani tkivni doppler, PW Doppler, HPRF, tripleks prikaz (paralelan prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW dopplera u realnom vremenu).*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 36,37,38,39 iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: „oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom“, „visokoosjetljivi usmjereni power doppler“, „, obojani tkivni doppler“, „tripleks prikaz (paralelan prikaz 2D, obojanog dopplera i PW dopplera u realnom vremenu)“.

- *Za točku 1.9 koja glasi: „Redukcija točkastih (speckle) artefakata. Podešavanje razine redukcije u min. 5 koraka. Paralelan prikaz uživo s 2D slikom. Podešavanje dostupno i na arhiviranim slikama i kino sekvencama u postprocesingu. Dostupno u radu s traženim sondama.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 37 iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „podešavanje razine redukcije u min. 5 koraka“, „, „paralelan prikaz uživo s 2D slikom“, „, „podešavanje dostupno i na arhiviranim slikama i kino sekvencama u postprocesingu. Dostupno u radu s traženim sondama“.

- *Za točku 1.10 koja glasi: „Višesmjerno, podesivo u min 8 koraka. Paralelan dvostruki prikaz 2D slika/slika dobivena višesmjernim skeniranjem. Dostupno u radu sa traženim sondama“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 36 gdje je označena stavka “Transmission focus” što nije traženo te Ponuditelj nije dokazao ništa traženo

točkom 1.10.

- Za točku 1.13 koja glasi: *“2D (B) prikaz: formati prikaza min jednostruki (B), dvostruki (B+B), četverostruki (B+B+B+B), dubina prikaza slike: min 48cm, izbor od min. 20 sivih mapa, broj fokusa min 5, kontinuirano dinamičko fokusiranje, uvećanje visoke rezolucije min 8x, automatska optimizacija pojačanja u 2D prikazu u realnom vremenu, automatska optimizacija segmentalnog pojačanja po dubini (TGC), osvježanje slike min 2500 sl/s, obojani 2D, zakretanje ultrazvučnog snopa tipkom s tipkovnice u radu s 3D sondom, podešavanje parametara slike u naknadnoj obradi min: 2D pojačanje, dinamički raspon, promjena sive mape, razina redukcije točkastih artefakata, promjena faktora uvećanja slike min 20x, redukcija točkastih artefakata”*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 36, 37 iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: *“formati prikaza min jednostruki (B), dvostruki (B+B), četverostruki (B+B+B+B),”, “broj fokusa min 5”, “izbor od min 20 sivih mapa”, “kontinuirano dinamičko fokusiranje”, “uvećanje visoke rezolucije min 8x”, “osvježanje slike min 2500 sl/s”, “obojani 2D”, “zakretanje ultrazvučnog snopa tipkom s tipkovnice u radu s 3D sondom”, “podešavanje parametara slike u naknadnoj obradi min: 2D pojačanje, dinamički raspon, promjena sive mape, razina redukcije točkastih artefakata, promjena faktora uvećanja slike min 20x, redukcija točkastih artefakata”*

- Za točku 1.14 koja glasi: *“Direktan prikaz protoka kroz krvne žile prikazan nedopplerskom tehnikom u crno-bijelom prikazu u realnom vremenu, neovisno o dopplerskom kutu bez upotrebe kontrastnog sredstva”*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 38 iako je označena stavka *“Superb micro-vascular imaging”* koja ne predstavlja traženu tehnologiju te nije adekvatno dokazan nijedan dio traženog.

- Za točku 1.15 koja glasi: *“Obojani doppler: PRF raspon od 100Hz do 20kHz, max osvježanje slike min 950 sl/s, prikaz najmanje mjerljive brzine max 0,3cm/s, prikaz najviše mjerljive brzine min 4m/s, napredni program za dinamički fotorealistični prikaz vaskularnih struktura (naizgled trodimenzionalni prikaz) dostupno na traženim sondama podesivo u min 3 koraka, dvostruki I četverostruki prikaz 2D/obojani doppler, podešavanje parametara slike u naknadnoj obradi min: promjena obojane mape, skale i bazne linije”*.

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama broj 24, 38, 41 iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: *“PRF raspon min od 100Hz do 20kHz”, “max osvježanje slike: min 950sl/s”, “prikaz najmanje mjerljive brzine max 0,3cm/s”, “prikaz najviše mjerljive brzine min 4m/s”, “dvostruki I četverostruki prikaz 2D/obojani doppler”, “podešavanje parametara slike u naknadnoj obradi min: promjena obojane mape, skale I bazne linije”*.

- Za točku 1.16 koja glasi: *“PW Doppler: automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu, mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta, detektiranje velikih brzina protoka, HPRF, veličina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,2 do 20 mm, prikaz najmanje mjerljive brzine PW Dopplerom ne veće od 1 cm/s kod Dopplerskog kuta 0°, prikaz najveće mjerljive brzine PW Dopplerom ne manje od 7 m/s, kod Dopplerskog kuta 0°, Dopplerski kut podesiv min. +/- 85°, automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku, podešavanje parametara slike i kino zapisa u naknadnoj obradi, min.: promjena sive i obojane mape, skala, pomak, bazne linije, promjena dopplerskog kuta, inverzija, prikaz kino memorije min. 60 s, dvostruki i četverostruki kino prikaz, retrospektivno i prospektivno spremanje podataka.”*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 38, 39, iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: "PW doppler: automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu, mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta, detektiranje velikih brzina protoka, HPRF, veličina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,2 do 20 mm, prikaz najmanje mjerljive brzine PW Dopplerom ne veće od 1 cm/s kod Dopplerskog kuta 0 °, prikaz najveće mjerljive brzine PW Dopplerom ne manje od 7 m/s, kod Dopplerskog kuta 0 °, Dopplerski kut podesiv min +/-85°, podešavanje parametara slike i kino zapisa u naknadnoj obradi, min. Promjena sive i obojane mape, skala, pomak bazne linije, promjena dopplerskog kuta, inverzija-prikaz kino memorije min 60 s, dvostruki i četverostruki kino prikaz, retrospektivno i prospektivno spremanje podataka.

- *Za točku 1.17 koja glasi: „3D volumni prikaz, 3D statički prikaz, 3D power Doppler prikaz, 3D obojani prikaz, 3D rendering, višeravninski prikaz – prikaz 3 ravnine istovremeno, 3D alat za uklanjanje neželjenih struktura u volumnom prikazu, četverostruki prikaz: A/B/C presjek i 3D prikaz istovremeno, tomografski prikaz – simultani prikaz min. 8 presjeka unutar volumena, podešavanje razmaka min. od 0,5 mm do 10 mm, inverzni prikaz, rotacija volumena oko X, Y i Z osi min. 360°, u koraku od max. 1°, orijentacijska pomoć za 3D prikaz, program za automatizirano mjerenje volumena u 3D prikazu, ocrtavanje regije interesa za mjerenje izravno na dodirnom ekranu, naknadna obrada na spremljenim 3D volumnim zapisima, min.: promjena regije interesa, volumni 3D kino prikaz, ponovna kalkulacija, elektronski alat za uklanjanje neželjenih struktura. Prikaz bilo koje željene ravnine, odabirom ravne ili zakrivljene linije, unutar 3D volumena.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 24, iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: "3D volumni prikaz: 3D power Doppler prikaz, 3D obojani prikaz, 3D rendering, višeravninski prikaz – prikaz 3 ravnine istovremeno, 3D alat za uklanjanje neželjenih struktura u volumnom prikazu, četverostruki prikaz: A/B/C presjek i 3D prikaz istovremeno, tomografski prikaz – simultani prikaz min. 8 presjeka unutar volumena, podešavanje razmaka min. od 0,5 mm do 10 mm, inverzni prikaz, rotacija volumena oko X, Y i Z osi min. 360°, u koraku od max. 1°, orijentacijska pomoć za 3D prikaz, program za automatizirano mjerenje volumena u 3D prikazu, ocrtavanje regije interesa za mjerenje izravno na dodirnom ekranu, naknadna obrada na spremljenim 3D volumnim zapisima, min.: promjena regije interesa, volumni 3D kino prikaz, ponovna kalkulacija, elektronski alat za uklanjanje neželjenih struktura. Prikaz bilo koje željene ravnine, odabirom ravne ili zakrivljene linije, unutar 3D volumena."

- *Za točku 1.18. koja glasi: „4D volumni prikaz: trodimenzionalno volumnos keniranje u realnom vremenu s prikazom min. 80 volumena/s, kino volumna memorija za 4D prikaz: min. 380 volumena, kino pregled volumena pomicanjem upravljačk kugle, podešavanje volumnog prozora zakrivljenjem ulazne linije prema traženoj anatomiji, automatsko pozicioniranje ulazne linije volumnog prozora algoritmom koji automatski prepoznaje granicu hipoehogenog i hiperehogenog, te kontinuirano podešava istu u realnom vremenu u 4D prikazu, broj linija/2D slika: min. 1.000, program za virtualni amnioskopski prikaz – slobodno pozicioniranje umjetnog izvora svjetlosti, za bolji prikaz i jasniju vizualizaciju fetusa unutar 3D volumena, dostupno u 3D i 4D prikazu, podešavanje smjera i pojačanja svjetlosti, dostupno u realnom vremenu i u naknadnoj*

obradi, program za prikaz protoka u volumnom prikazu min., obojani i "power" Doppler. “

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 40, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “ Trodimenzionalno volumno skeniranje u realnom vremenu s prikazom min. 80 volumena/s, kino volumnamemorija za 4D prikaz: min. 380 volumena, kino pregled volumena pomicanjem upravljačke kugle, podešavanje volumnog prozora zakrivljenjem ulazne linije prema traženoj anatomiji, automatsko pozicioniranje ulazne linije volumnog prozora algoritmom koji automatski prepoznaje granicu hipoeohogenog i hiperehogenog, te kontinuirano podešava istu u realnom vremenu u 4D prikazu, broj linija/2D slika: min. 1.000, program za virtualni amnioskopski prikaz – slobodno pozicioniranje umjetnog izvora svjetlosti, za bolji prikaz i jasniju vizualizaciju fetusa unutar 3D volumena, dostupno u 3D i 4D prikazu, podešavanje smjera i pojačanja svjetlosti dostupno u realnom vremenu i u naknadnoj obradi.”

- *Za točku 1.19 koja glasi: „Mogućnost nadogradnje programom za trasiranje željenog uskog područja volumen iz 3D i 4D akvizicije slobodno odabranom zakrivljenom linijom izravno na dodirnom ekranu, s ciljem dobivanja bilo kojeg sloja unutar volumena s boljom kontrastnom rezolucijom. Podešavanje debljine sloja min. od 2 mm do 20 mm. Dostupno u stvarnom vremenu i u naknadnoj obradi.* “

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 40, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “Mogućnost nadogradnje programom za trasiranje željenog uskog područja volumena iz 3D i 4D akvizicije slobodno odabranom zakrivljenom linijom izravno na dodirnom ekranu, s ciljem dobivanja bilo kojeg sloja unutar volumena s boljom kontrastnom rezolucijom. Podešavanje debljine sloja min. od 2 mm do 20 mm. Dostupno u stvarnom vremenu i u naknadnoj obradi.”

- *Za točku 1.20 koja glasi: „Automatizirana aplikacija koja prepoznaje i vizualizira oblik maternice i oblik endometrija iz podataka 3D akvizicije. Nakon označavanja lokacije na kojoj se sumnja na leziju (fibroidna masa), sustav označava volumen fibroidne mase i prikazuje ga napoluprozirnom 3D modelu maternice. Mogućnost ručnog odabira i klasifikacije.* “

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 24, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “Automatizirana aplikacija koja prepoznaje i vizualizira oblik maternice i oblik endometrija iz podataka 3D akvizicije. Nakon označavanja lokacije na kojoj se sumnja na leziju (fibroidna masa), sustav označava volumen fibroidne mase i prikazuje ga na poluprozirnom 3D modelu maternice. Mogućnost ručnog odabira i klasifikacije.”

- *Za točku 1.21 koja glasi: „Aplikacija za ispitivanje neprohodnosti jajovoda.* “

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 39, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “Aplikacija za ispitivanje neprohodnosti jajovoda.”

- *Za točku 1.22. koja glasi: „Mogućnost nadogradnje aplikacijom za rekonstrukciju i evaluaciju srca fetusa u 3D prikazu prostorno-vremenskom korelacijskom slicom ("STIC"). "STIC" prikaz dostupan u radu s obojanim Dopplerom, "power" Dopplerom i visokoosjetljivim "power" Dopplerom.* “

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 40, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “STIC" prikaz dostupan u radu s obojanim Dopplerom, "power" Dopplerom i visokoosjetljivim "power" Dopplerom.”

- *Za točku 1.23 koja glasi: „Integrirani program za automatski izračun intrakranijalnog (IT) i nuhalnog prosvjetljenja (NT).“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 43, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Intrakranijalnog (IT).“
- *Za točku 1.24 koja glasi: „Specijalizirani program s mjerenjima i kalkulacijama za opstetriciju, ginekologiju. Automatizirana biometrijska mjerenja za min. BPD, FL, AC, HC, HL, CM, Vp, Cerebellum (uređaj automatski zadaje početnu i završnu točku mjerenja, korisnik treba potvrditi rezultat mjerenja). Histogram s min. 3 regije interesa podesive od strane korisnika i komparativnom analizom krivulja. Mogućnost slanja izvješća i slika putem e-maila.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 22, 24 i 43, iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: „Ginekologiju, Automatizirana biometrijska mjerenja za min. AC, HL, CM, Vp, Cerebellum (uređaj automatski zadaje početnu i završnu točku mjerenja, korisnik treba potvrditi rezultat mjerenja). Histogram s min. 3 regije interesa podesive od strane korisnika i komparativnom analizom krivulja. Mogućnost slanja izvješća i slika putem e-maila.“
- *Za točku 1.25 koja glasi: „Integrirani klasifikacijski program za onko-ginekologiju, procjena rizika i bodovanje na osnovi min. IOTA, IETA, s izvješćima.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 26, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava:
„Integrirani klasifikacijski program za onko-ginekologiju, procjena rizika i bodovanje na osnovi min. IETA, s izvješćima.“
- *Za točku 1.26 koja glasi: „Integrirani klasifikacijski program za uterus za jednostavniju identifikaciju (klasifikacija na osnovi min. ESHRE, ESGE, ASRM), s izvješćima.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 41, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Integrirani klasifikacijski program za uterus za jednostavniju identifikaciju (klasifikacija na osnovi min. ESHRE, ESGE, ASRM), s izvješćima.“
- *Za točku 1.27 koja glasi: „Protokol temeljen na umjetnoj inteligenciji, koji omogućuje prikazivanje standardiziranih projekcija srca iz 2 kratke stožaste petlje. Sustav postavlja nekoliko pitanja o fetusu I položaju srca, zatim operater mora izvršiti kratko skeniranje i standardni protokol uključuje tipične ravnine i os srca. Softver se također može koristiti iz prethodno pohranjenih cine petlji.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 40, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Protokol temeljen na umjetnoj inteligenciji, koji omogućuje prikazivanje standardiziranih projekcija srca iz 2 kratke stožaste petlje. Sustav postavlja nekoliko pitanja o fetusu i položaju srca, zatim operater mora izvršiti kratko skeniranje i standardni protokol uključuje tipične ravnine i os srca. Softver se također može koristiti iz prethodno pohranjenih cine petlji.“
- *Za točku 1.28 koja glasi: „Kino memorija u 2D prikazu min. 8.000 slika. Dvostruki kino prikaz, četverostruki kino prikaz.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 44, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „min. 8.000 slika. Dvostruki kino prikaz, četverostruki kino prikaz.“
- *Za točku 1.29 koja glasi: „Integrirana radna stanica za obradu slike i podataka s bazom pacijenata. Specijalizirani program s ginekološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima*

podesiv prema zahtjevima korisnika. Mogućnost prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima. Izvoz izvješća u PDF formatu sa slikama, grafičkim prikazom rasta fetusa, mjerenjima i kalkulacijama. Direktn pristup arhiviranim slikama, istovremena usporedba slike iz arhive saslikom trenutnog pregleda. Direktn pristup uputama za upotrebu na konzoli pritiskom na jednu tipku. Automatsko postavljanje parametara skeniranja s pozvane slike iz arhive na trenutnu sliku pregleda. Kompatibilnost i protok podataka sa postojećom radnom stanicom s bazom pacijenata, za analizu 3D volumnih podataka s mjerenjem i analizama. Mogućnost postavljanja više korisnika s vlastitim lozinkama i različitom razinom administrativnih prava na uređaju. Mogućnost slanja izvješća i slika žičanom i bežičnom vezom te slanje podataka na oblak (cloud) baziranu pohranu.“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 44, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “Integrirana radna stanica za obradu slike i podataka s bazom pacijenata. Mogućnost prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima. Izvoz izvješća sa slikama, mjerenjima i kalkulacijama. Direktn pristup arhiviranim slikama, istovremena usporedba slike iz arhive sa slikom trenutnog pregleda. Direktn pristup uputama za upotrebu na konzoli pritiskom na jednu tipku. Automatsko postavljanje parametara skeniranja s pozvane slike iz arhive na trenutnu sliku pregleda. Kompatibilnost i protok podataka sa postojećom radnom stanicom s bazom pacijenata, za analizu 3D volumnih podataka s mjerenjem i analizama. Mogućnost postavljanja više korisnika s vlastitim lozinkama i različitom razinom administrativnih prava na uređaju. Mogućnost slanja izvješća i slika žičanom i bežičnom vezom te slanje podataka na oblak (cloud) baziranu pohranu.“

- *Za točku 1.30. koja glasi: „Arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na SSD od min. 500 GB, USB memoriju. Izvoz podataka: min. neobrađeni (raw) format, VOL, DCM, JPEG, BMP, AVI, format za ispisna 3D printer.*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 24, 45, 46 i 52 iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: “Arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisana SSD od min. 500 GB. Izvoz podataka: min. neobrađeni (raw) format, VOL, DCM, AVI.“

- *Za točku 1.33 koja glasi: „Vanjski priključci, min.: HDMI ili DVI izlaz, 5 x USB 3.0, mrežni priključak.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 46, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “Vanjski priključci, min.: 5 x USB 3.0.”

- *Za točku 1.34 koja glasi: Max. potrošnja uređaja sa perifernim uređajima ne veća od 680 VA.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 47, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “Max. potrošnja uređaja sa perifernim uređajima ne veća od 680 VA.”

- *Za točku 2.1 koja glasi: “Konveksna sonda frekvencijskog raspona min. od 2 do 5 MHz, s min. 192 elemenata. Kut skeniranja u 2D prikazu min. 114°. Dubina prikaza min. 41 cm.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 33, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: “Kut skeniranja u 2D prikazu min. 114°. Dubina prikaza min. 41 cm.“

- Za točku 2.2 koja glasi: „Mikrokonveksna transvaginalna volumna 4D sonda frekvencijskog raspona min. od 4 do 9 MHz, s min. 192 elemenata. Ugao skeniranja min. 189° i volumno skeniranje 189x120°. Dubina prikaza min. 18 cm.“
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 33, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Ugao skeniranja min. 189° i volumno skeniranje 189x120°.“
 - Za točku 2.3 koja glasi: „Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s matričnom linearnom sondom s više redova elemenata, frekvencijskog raspona min. od 4 do 13 MHz, s min. 1.000 elemenata, širine prikaza min. 50 mm.“
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 33, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s matričnom linearnom sondom s više redova elemenata, frekvencijskog raspona min. od 4 do 13 MHz, s min. 1.000 elemenata, širine prikaza min. 50 mm.“
 - Za točku 2.4 koja glasi: „Mogućnost nadogradnje ugrađenom baterijom, mogućnost skeniranja min. 140 min. bez priključka na električnu mrežu.“
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 46, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Mogućnost skeniranja min. 140 min. bez priključka na električnu mrežu.“
 - Za točku 2.5 koja glasi: *Mogućnost spajanja s bežičnom sondom (linearna I konveksna u jednoj) frekvencijskog raspona min. od 2 do 5 MHz (konveksna) i od 3 do 12 MHz (linearna), s min. 128 elemenata (konveksna) i 192 elementa (linearna).*“
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 45, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Mogućnost spajanja s bežičnom sondom (linearna I konveksna u jednoj) frekvencijskog raspona min. od 2 do 5 MHz (konveksna) i od 3 do 12 MHz (linearna), s min. 128 elemenata (konveksna) i 192 elementa (linearna).“
- Ponuda ponuditelja BERG d.o.o. Bulevar Meše Selimovića 17a, 71 000 Sarajevo, evid.br: 29-11-50/25, LOT 2 je nepravilna jer nije u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine. Ponuditelj nije dokazao da ispunjava uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz točke 6.3 pod a) i c) te je isključen iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuda je nepravilna i nije prihvatljiva jer nije u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije i opisom predmeta nabave, te ne ispunjava minimalne tehničke karakteristike koje su zahtjevano u Obrascu za cijenu ponude robe - Aneks 3. Ponuda ponuditelja BERG d.o.o. Bulevar Meše Selimovića 17a, 71 000 Sarajevo, evid.br: 29-11-50/25 za LOT 2 – premium ginekološki ultrazvučni aparat za napredne preglede, je odbačena iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda iz slijedećih razloga:
- Točkom 6.3 pod a) Tenderske dokumentacije broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine propisano je da su ponuditelji u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 49. ZJN dužni u ponudi dostaviti:
 - a) Rješenje o upisu medicinskog sredstva u registar medicinskih sredstava izdato od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u originalu ili ovjerenoj preslici.

Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo dostavio je ovjerenu presliku Potvrde Agencije za lijekove i medicinska sredstva za uređaj Aplio i700 proizvođača Canon Medical Systems Corporation koja je izdana za period do 18.11.2024. godine. Obzirom da je istekao period važenja navedene Potvrde ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo nije u Ponudi dostavio dokaz o ispunjavanju minimalnog uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti iz članka 49.ZJN kako je traženo točkom 6.3 pod a) Tenderske dokumentacije broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine.

- *Točkom 6.3 pod c) Tenderske dokumentacije broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine propisano je da su ponuditelji u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 49. ZJN dužni u ponudi dostaviti:*

c) Izjavu ponuditelja o dostupnosti ovlaštenog servisa (uz Izjavu dostaviti presliku certifikata za minimalno 2 serviseri).

Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo je na stranicama Ponude od 73 do 77 dostavio Izjavu ponuditelja o dostupnosti ovlaštenog servisa, ali nije dostavio presliku certifikata za minimalno 2 serviseri. Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo je u Ponudi dostavio 2 (dva) certifikata za 1 (jednog) serviseri - Vedad Hodzic. Ponuditelj BERG d.o.o. Sarajevo nije u Ponudi dostavio dokaz o ispunjavanju minimalnog uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti iz članka 49.ZJN kako je traženo točkom 6.3 pod c) Tenderske dokumentacije broj: 29-11-11283/24 od 30.12.2024. godine.

Pregledom Obrasca za cijenu ponude-robe (Aneks 3) koji je dostavljen u Ponudi na stranicama od 11 do 19 konstatirano je da ponuđeni uređaj ne ispunjava minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene, kako slijedi:

- *Za točku 1. koja glasi: „Ultrazvučni sistem, na točkovima sa centralnom kočnicom kojom se može upravljati sa prednje i sa zadnje strane aparata.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 21, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „da posjeduje centralnu kočnicu kojom se može upravljati sa zadnje strane“
- *Za točku 3. koja glasi: „Minimum 165.000.000 sistemskih procesnih kanala.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 55, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Minimum 165.000.000 sistemskih procesnih kanala.“
- *Za točku 4. koja glasi: „Najmanje 4 osvijetljena aktivna priključka za sonde.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 49, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: da su priključci za sonde osvijetljeni.
- *Za točku 5. koja glasi: „Monitor sa HDMI interfejsom, dijagonale minimum 23", rezolucije najmanje 1920x1080 sa mogućnošću podešavanja nagiba i rotacije. Nagib minimalno: +25°-68°. Rotacija min +/-90°. Maksimalna osvijetljenost monitora min 300cd/m2. Odziv monitora max: 14ms.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 39, 55, iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi da ispunjava: „Monitor sa HDMI interfejsom“, „Nagib minimalno +25°-68°.“
- *Za točku 6. koja glasi: „Integrirani kolor LCD panel osvijetljiv na dodir rezolucije najmanje 1920x1080, dijagonale minimum 15" na kome se može prikazivati 2D/3D/4D slika u realnom vremenu.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 46, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „rezolucija najmanje 1920x1080.“, „dijagonala minimum 15 na kome se može prikazivati 2D/3D/4D slika u realnom vremenu“

- *Za točku 8. koja glasi: „Konzola podesiva po visini min: 300mm, sa mogućnošću rotacije i pomjeranjem prema naprijed min 150mm.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 51, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „konzola sa mogućnošću rotacije i pomjeranje prema naprijed min 150mm.“

- *Za točku 10. koja glasi: „Integrisani SSD min. 1TB.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 39, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: traženu tehničku karakteristiku.

- *Za točku 12. koja glasi: „Integrisani mikrofon.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 28, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: traženu tehničku karakteristiku.

- *Za točku 14. koja glasi: „Maksimalni frame rate u B modu min 3000fps.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 39, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: traženu tehničku karakteristiku.

- *Za točku 19. koja glasi: „Funkcija koja omogućava skeniranje u maksimalnoj rezoluciji i sa maksimalno detalja.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 58, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: traženu tehničku karakteristiku.

- *Za točku 20. koja glasi: „Funkcija koja omogućava efekat sjenčenja tkiva (sjenčenje sive skale na osnovu gradijenta)“.*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 44 iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: traženu tehničku karakteristiku.

- *Za točku 21. koja glasi: „Histogram analiza s minimalno 3 korisniku zanimljive regije od interesa sa komparativnom analizom na kompleksnim krivim.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 48, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: traženu tehničku karakteristiku.

- *Za točku 27. koja glasi: „ Zum koji na živoj slici (write zoom) omogućava uvećanje do 8 puta, a u post procesingu (read zoom) ima mogućnost zuma visoke rezolucije (HD Zoom) do 22 puta.“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 39 („označena aplikacija Quick Scan“), iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: traženu tehničku karakteristiku.

- *Za točku 28. koja glasi: „Poluautomatsko određivanje nugalne i intrakranijalne translucence (NT i IT),“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 47, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Poluatomatsko određivanje intrakranijalne translucence (IT).“

- *Za točku 29. koja glasi: „Poluautomatska fetalna biometrija minimum. za HC, BPD, AC, FL, HL, Cerebellum, CM, lat. Ventricle, Cardiac axis“*

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 47 iako se na toj stranici ne nalaze dokazi da ispunjava: „Poluatomatska fetalna biometrija za HL, Cerebellum, CM, lat Ventricle, Cardiac axis“.

- *Za točku 30. Koja glasi: „Metoda za ispitivanje fetalnog centralnog nervnog sistema (CNS), na osnovu 3D/4D ultrazvučnih snimaka glave fetusa koja automatski ekstrahuje i*

prikazuje TV (transventrikularnu), TC (transcerebralnu), TT (transtalamičku) i MS (srednju sagitalnu) ravan, i na prikazanim ravnima automatski meri minimalno: BPD, HC, OFD, Cerebelum, CM (Cisterna Magna) i Vp (posteriorna ventrikula).“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 43, te je označena aplikacija “MultiView” te nema dodatnih dokaza da ista zadovoljava tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 31.5 koja glasi: „Matrične linearne sonde sa preko 1000 elemenata“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 59, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 31.7 koja glasi: „Volume 4D matrične konveksne“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 59, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 31.9 koja glasi: „Volume 4D linearne“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 60, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 32.5 koja glasi: „trodimenzionalni prikaz protoka u 2D modu,“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 45, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 32.9 koja glasi: „Mod koji prikazuje hemodinamiku u svojoj skali, B-mod tehnologijom, bez korišćenja doppler tehnika, koji se bazira na refleksiji ultrazvučnih talasa od krvnih zrnaca,“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 41, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 32.10 koja glasi: „Tehnika za prikaz veoma sporih protoka u 2D i 3D,“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 41, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike, tj. nije dokazano da je tehnika za prikaz veoma sporih protoka.

- Za točku 33.3 koja glasi: „Metoda kojom se automatski određuje položaj i oblik linije početka 3D/4D rekonstrukcije (render start) i optimalno se prilagođava u realnom vremenu, prateći promjenu položaja fetusa.“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 43, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 33.4 koja glasi: „Tehnologija koja obezbjeđuje vjerni prikaz tkiva u 3D/4D režimu sa 3 virtuelna izvora svjetla koji se mogu pomjerati, čime se pojačava utisak trodimenzionalnosti i ističu anatomske strukture od interesa.“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 24, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju: “koji se mogu pomjerati čime se pojačava utisak trodimenzionalnosti i ističu anatomske strukture od interesa.“

- Za točku 33.6 koja glasi: „Tehnika renderovanja aneoehogenih struktura Inversion ili odgovarajuće“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 45, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- Za točku 33.8 koja glasi: „Ekstrakcija bilo kojeg razvijenog 2D ili tankoslojnog zapreminskog presjeka iz 3D/4D akvizicije presjecanjem pravom ili zakrivljenom linijom“

Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 43, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.

- *Za točku 33.9 koja glasi: „Automatsko dobijanje koronarne ravni pomoću 4D endokavitarne sonde iscrtavanjem željenog presjeka prstom na tač panelu.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 43, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.
- *Za točku 34.1 koja glasi: „Softver koji omogućava praćenje progresije porođaja i položaja fetusa 3D/4D akvizicijom.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 48, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike, tj. ponuđena „WorkSheet“ aplikacija ne odgovara traženom.
- *Za točku 34.2 koja glasi: „Softver za ispitivanje veličine, oblika i kontraktilnosti fetalnog srca speckle tracking metodom.“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 23, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike.
- *Za točku 35.3 koja glasi: „HDMI, VGA out, S-Video out, min 5x3.0 USB tip A i min 2x3.0 USB tip C, integrirani“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 49, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike, tj. nije dokazao da ispunjava: “min 5x3.0 USB tip A i min 2x3.0 USB tip C, integrirani”
- *Za točku 35.4 koja glasi: „ Export podataka u formatima: Raw Data, BMP, TIFF, JPEG, PNG, AVI, MP4, DICOM“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 49, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike, tj. nije dokazao da ispunjava: “Export podataka u formatima: Raw Data, TIFF, PNG, AVI, MP4, DICOM”.
- *Za točku 36.1 koja glasi: „Konveksna volume (4D) sonda, Frekventni opseg (max. bandwidth): 2-8 MHz ili šire, Broj elemenata: minimum 192, Vidno polje(FOV): 2D (B) min. 90°, Volume Scan min 90°x85°“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 36,37, iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike, tj. nije dokazao da ispunjava stavku “Frekventni opseg” I nema informacija o “Vidno polje”, niti “Volume Scan”.
- *Za točku 36.2 koja glasi: „Endovaginalna volume (4D) sonda, Frekventni opseg (max. bandwidth): 4-9 MHz ili šire, Broj elemenata: minimum 192, Vidno polje (FOV): 2D (B) min 189°, Volume Scan min 189°x120°“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranicama 36,37, iako se na tim stranicama ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike, tj. nije dokazao da ispunjava stavku- nema informacija o “Vidno polje”, niti “Volume scan”.
- *Za točku 36.3 koja glasi: „Konveksna sonda, Frekventni opseg (max. bandwidth): 2-5 MHz ili šire, Broj elemenata: minimum 192, Vidno polje (FOV): 2D (B) min. 113°“*
Ponuditelj je upisao da se dokazi o ispunjavanju nalaze na stranici 36, iako se na toj stranici ne nalaze dokazi o ispunjavanju tražene tehničke karakteristike, tj. nije dokazao da ispunjava stavku “Broj elemenata” i nema informacija o “Vidno polje”.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

Ugovor se dodjeljuje kvalificiranom ponuditelju koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu sukladno slijedećim kriterijima:

Red br.	Kriterij		Bodovi max.
1.	Cijena	80 %	80
2.	Rok isporuke	20 %	20

Kvalificirani ponuditelji

LOT 1- 4D UZV uređaj za patologiju trudnoće

Red.br.	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	MEDICAL d.o.o. Maršala Tita 237., 88 000 Mostar	219.900,00 KM bez PDV-a	45 dana

LOT 2- premium ginekološki ultrazvučni aparat za napredne preglede

Red.br.	Ponuditelj	Cijena	Rok isporuke
1.	MEDICAL d.o.o. Maršala Tita 237., 88 000 Mostar	329.900,00 KM bez PDV-a	45 dana

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude i dodjelu ugovora:

LOT 1- 4D UZV uređaj za patologiju trudnoće

Rang	Ponuditelj	Bodovi / Cijena	Bodovi/ Rok isporuke	Bodovi ukupno
1.	MEDICAL d.o.o. Maršala Tita 237., 88 000 Mostar	80	20	100

LOT 2- premium ginekološki ultrazvučni aparat za napredne preglede

Rang	Ponuditelj	Bodovi / Cijena	Bodovi/ Rok isporuke	Bodovi ukupno
1.	MEDICAL d.o.o. Maršala Tita 237., 88 000 Mostar	80	20	100

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja u predmetnom postupku kao i ocjenu zaprimljenih Ponuda, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno ZJN, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 29-11-11283/24. Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave.

Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN u postupku javne nabave dva ultrazvučna aparata za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar: LOT 1 - 4D UZV uređaj za patologiju trudnoće, LOT 2 - premium ginekološki ultrazvučni aparat za napredne preglede, odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od 3 (tri).

v.d. Ravnatelja SKB Mostar
prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.



Dostaviti:

1. Ponuditeljima
2. Povjerenstvu
3. Financijskoj službi
4. Pismohranu
5. www.skbm.ba